



## Analysevoorschrift Nitrofurantoin suspensie 10 mg/ml 100 ml

### 6 VRIJGIFTECERTIFICAAT

Chargennummer: 200506446

Vervaldatum: -04-2021

Geproduceerd door: **Brocacef Ziekenhuis Farmacie**  
**De Amfoor 1**  
**5807 GW OOSTRUM**

Kwaliteitscontrole Test	Eis	Resultaat
Uiterlijk	Homogene, lichtgele suspensie, eventueel aanwezig sediment is gemakkelijk opschudbaar.	Conform
pH	4,5 – 6,5	pH: <u>5,95</u>
Gehalte nitrofurantoin (UV)	90 % - 110 %	Gemiddeld <u>104,4</u> %
Identiteit nitrofurantoin (UV) Identiteit methylparabeen (DLC)	UV akkoord DLC akkoord	Conform
Microbiologische controle niet steriele drank conform Ph.Eur.	E.Coli niet aanwezig TAMC < 200 KVE/ml TYMC < 20 KVE/ml	Akkoord
Overige kwaliteitscontroles volgens productdossier en analysevoorschriften	Huisnorm	Conform

#### Opmerkingen

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande informatie authentiek en waarheidsgetrouw is. Deze productcharge is geproduceerd, met inbegrip van verpakken en keuren, op de hierboven vermelde locatie in volledige overeenstemming met de geldende GMP-richtsnoeren. De productie, verpakings- en keuringsprotocollen zijn gecontroleerd en in overeenstemming bevonden met de GMP-richtsnoeren.

Datum van vrijgifte 25-05-2020

Naam

[Handwritten Signature]

(ziekenhuis)apotheker-vrijgifte

Handtekening

[Large Handwritten Signature]