

## 6 VRIJGIFTECERTIFICAAT

Chargennummer: 200820107

Vervaldatum: -07-2021

Geproduceerd door: **Brocef Ziekenhuisfarmacie  
De Amfoor 1  
5807 GW OOSTRUM**

Kwaliteitscontrole Test	Eis	Resultaat
Uiterlijk	Heldere kleurloze oplossing, nagenoeg vrij van deeltjes	Conform
pH	3,2 – 4,2	pH: <u>3,65</u>
Gehalte (HPLC)	90 % - 110 %	Gem.: <u>95,1</u> %
Microbiologische controle niet steriele neusspray conform Ph.Eur.	TAMC < 200 KVE/ml TYMC < 20 KVE/ml Psuedomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus beide afwezig	Conform
Identiteit: midazolam HCl (HPLC)	PDA akkoord	Conform
Overige kwaliteitscontroles volgens productdossier en analysevoorschriften	Huisnorm	Conform

### Opmerkingen

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande informatie authentiek en waarheidsgetrouw is. Deze productcharge is geproduceerd, met inbegrip van verpakken en keuren, op de hierboven vermelde locatie in volledige overeenstemming met de geldende GMP-richtsnoeren. De productie, verpakkings- en keuringsprotocollen zijn gecontroleerd en in overeenstemming bevonden met de GMP-richtsnoeren.

Datum van vrijgifte 02-09-2020

Naam Jenny Teek apotheker laboratorium

Handtekening 